

Verbale N.		Verifica ultrasuoni				MOD. M3_8 u	REV.
Data	21/02/20					4 DEL 18/07/07	
Cliente	CLE ELETTROMEDICALI SRL- 45020, SAN BELLINO						
Inventario	CLE02	Matricola	04-5T41263	Reparto	-		
Modello	C210	Produttore	Cosmogamma				

MISURE STRUMENTALI SECONDO NORMA CEI EN 60601-2-5
classificazione 62-23

DATI DI TARGA

Potenza di uscita nominale	2 W/cm ²
Freq. Di lavoro	1 MHz

DATI CARATTERISTICI DI USCITA

Potenza erogata al minimo	0 Watt
Potenza massima erogata	10 Watt

PROTEZIONE CONTRO GLI ERRORI DI POTENZA EROGATA

	SI	NO
Attivazione del circuito di uscita a partire da erogazione minima	X	
Blocco dell'uscita a ripristino dell'alimentazione	X	
Blocco dell'uscita da Timer	X	
	integro	non integro
Integrita' del cavo di collegamento testina	X	

STRUMENTO DI MISURA UTILIZZATO

Denominazione	CFU - wattmetro ultrasuoni	Data di taratura	26/08/19
Ente di taratura	ASSICONTROL	N. Certificato	7892/19
Modello	UPM-DT-100AV	N. di serie	869

verifica n.	SUPERATO	FALLITO	 CLE ELETTROMEDICALI s.r.l. Via C.A. Dalla Chiesa, 302 - 45020 SAN BELLINO (RO) Tel. 0425/703073 - Fax 0425/703870 Partita IVA 01149210294
Esito della prova	X		
Nome del tecnico	GHIRELLO ANDREA		

NOTE

ok

TESTA MASSAGGIO

RILEVAZIONE DI INTENSITA' DELLA RADIAZIONE EMESSA	VALORE IMPOSTATO		VALORE RILEVATO	
	area cmq		SCARTO %	
	%	W/cmq	W totali	W
	25	n.a		
	50	n.a		
75	n.a			
100	n.a			

TESTA FISSA

RILEVAZIONE DI INTENSITA' DELLA RADIAZIONE EMESSA	VALORE IMPOSTATO		VALORE RILEVATO		
	area cmq 10		SCARTO %		
	%	W/cmq	W totali	W	
	25	0,4	2,00	1,98	1,00
	50	0,7	3,50	3,46	1,14
75	1,2	6,00	5,97	0,50	
100	1,5	7,50	7,44	0,80	

TESTA

RILEVAZIONE DI INTENSITA' DELLA RADIAZIONE EMESSA	VALORE IMPOSTATO		VALORE RILEVATO	
	area cmq		SCARTO %	
	%	W/cmq	W totali	W
	25	n.a		
	50	n.a		
75	n.a			
100	n.a			

VALORE AMMISSIBILE < \diamond 30%